

令和 7 年度 X 線 CR 装置購入仕様書

- 1 件 名 X 線 CR 装置購入事業
- 2 物品内容 以下の規格を最低限とし、同等若しくはそれ以上の物品とする。

品 名	性能・規格	数 量
X 線 CR 装置	【カセット式 CR 読取装置及びカセット・プレート仕様】 ①輝尽性蛍光体によるプレート読み取り方式であること。 ②全撮影サイズにおいて、画像読取サンプリングピッチは 175μm 以下であること。 ③時間あたりのカセット処理枚数が 48 枚以上であること。 (大角処理時) ④読み取り画像の濃度階調が 12bit の 4,096 階調以上であること。 ⑤半切、大角、大四切、四切、六切、15×30 のカセットが読取できること。 ⑥CR 用プレートは撮影回数に依存せず、1 年間のメーカー保証を行うこと。 ⑦省スペース化を実現するため、読取部の床設置寸法は 510mm×610mm 以下であること。 また、読取装置本体は卓上型であること。 ⑧読取装置本体は、ダウンタイムを最小限に留める構造であり、カセット詰まりが発生した場合は、速やかに取り除く事が可能であること。 ⑨電源は標準で 100V であること。 ⑩既存のコンソールである CS-7 との接続を行い使用出来るようにすること。 ⑪誤った方向にカセットをセットした際は、エラー状態から 3 秒以内に復帰すること。 ※例を示す装置 コニカミノルタ CR 装置 REGIUS Σ	1 式

- 3 納品場所 増毛町立市街診療所
- 4 納入期限 令和 8 年 1 月 3 1 日 (土)
- 5 その他
- ① 納品の詳細については、市街診療所と事前に打ち合わせをして調整することとし、当該作業に係る一切の費用は本仕様に含むものとする。
 - ② この仕様に記載のない事項及び仕様に疑義が生じたときは、下記担当者に確認すること。
- 6 問合せ先 増毛町市街診療所 事務係 福原
- 電話 0 1 6 4 - 5 3 - 1 8 1 1